



Осторожно!

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЭРГОПРОДАКШН”
(ООО “ЭРГОПРОДАКШН”)**

ОКПД2 21.20.23.110

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

Усейнов Д.В.



1 февраля 2022 г.

**Инструкция по применению
медицинского изделия
“Раствор эозина водно-спиртовой
концентрированный”
по ТУ 21.20.23-072-89079081-2022**

введена впервые

Дата введения в действие - 2022-02-01

Без ограничения срока действия



Осторожно!

Содержание

1	Наименование медицинского изделия	3
2	Назначение медицинского изделия	3
2.1	Тип анализируемого образца	3
2.2	Результат окраски образца	3
2.3	Функциональное назначение медицинского изделия	3
2.4	Специфическая патология, состояние или фактор риска, для обнаружения, определения или дифференцирования которого предназначено изделие	3
2.5	Область применения медицинского изделия	3
2.6	Номенклатурная классификация медицинского изделия	3
2.7	Потенциальный потребитель	3
2.8	Показания к применению	4
3	Принцип действия медицинского изделия	4
4	Основные характеристики	4
5	Комплектность	5
6	Состав	5
7	Перечень материалов и специальных материалов, которые требуются для проведения тестирования, но не содержатся в комплекте поставки изделия	5
7.1	Реагенты	5
7.2	Оборудование	5
7.3	Вспомогательные материалы	5
8	Сведения для идентификации медицинских изделий с целью получения безопасной комбинации и информация об известных ограничениях по совместному использованию медицинских изделий	6
9	Инструкция по применению	6
10	Условия хранения и транспортировки	7
11	Информация для пользователей	8
11.1	Обобщенная информация о безопасности	8
11.2	Меры предосторожности при использовании изделия по назначению	9
11.3	Перечень рисков, идентифицированных в процессе анализа риска	9
11.4	Меры по защите окружающей среды	9
11.5	Информация о вредном воздействии	10
11.6	Информация об обстоятельствах, при которых пользователь должен проконсультироваться с медицинским специалистом	10
12	Возможные проблемы при работе с изделием и способы их устранения	10
13	Рекомендации в отношении процедур контроля качества	11
14	Утилизация	11
15	Дополнительная информация	12
16	Производитель и его уполномоченный представитель	12
17	Гарантия качества	12
	Приложение А. Графические символы, используемые для маркировки медицинского изделия	13
	Приложение Б. Перечень Н и Р-фраз, используемых для маркировки медицинского изделия	14
	Приложение В. Перечень применяемых национальных стандартов	15



Осторожно!

1 Наименование медицинского изделия

Настоящая инструкция распространяется на медицинское изделие “Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный” по ТУ 21.20.23-072-89079081-2022 (далее – изделие или Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный) в вариантах исполнения, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Варианты исполнения и артикулы

№	Вариант исполнения	Артикул
1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 250 мл	НК-ЕК-А250
2	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 500 мл	НК-ЕК-А500

2 Назначение медицинского изделия

Концентрированный раствор эозина, предназначенный (после разведения) для использования в сочетании с другими растворами/красителями, для окрашивания внутри-/внечлеточных элементов - эозинофильных структур в биологическом/клиническом образце человека с целью последующей визуализации для диагностики *in vitro*.

2.1 Тип анализируемого образца

Окрашиванию подвергаются биологические/клинические образцы человека, в том числе гистологический материал (срезы, полученные с парафиновых блоков и др.), цитологический материал (срезы, полученные с клеточных блоков (*cell*-блоков) и др.).

2.2 Результат окраски образца

Ядра синие или сине-фиолетовые*, цитоплазма и другие эозинофильные структуры - розовые.

*При применении окраски гематоксилин-эозин.

2.3 Функциональное назначение медицинского изделия

Вспомогательное средство для диагностики *in vitro*.

2.4 Специфическая патология, состояние или фактор риска, для обнаружения, определения или дифференцирования которого предназначено изделие

Изделие используется как вспомогательное средство в диагностике *in vitro* исследований, не предназначено для обнаружения, определения или дифференцирования патологий, состояний или факторов риска.

2.5 Область применения медицинского изделия

Профессиональное применение в клинической лабораторной диагностике.

2.6 Номенклатурная классификация медицинского изделия

Вид изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 227380 Эозин У раствор ИВД.

Класс потенциального риска применения изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий - класс 1.

2.7 Потенциальный потребитель

Изделие предназначено для профессионального использования и должно применяться квалифицированным персоналом, таким как врач клинической лабораторной диагностики, медицинский, лабораторный техник и иной специалист, имеющий базовое образование медицинского или биологического профиля не ниже среднего специального и прошедший предварительное обучение.

2.8 Показания к применению

Показанием к применению Изделия является необходимость получения информации относительно морфологического строения ткани или органа. Изделие предназначено для использования на аналитическом этапе исследования клинического материала в качестве вспомогательного средства для диагностики *in vitro*. Результаты исследований с применением изделия не являются единственным основанием для постановки диагноза.

3 Принцип действия медицинского изделия

Изделие содержит кислотный краситель (эозин), который неселективно взаимодействует с белками, окрашивая эозинофильные структуры в различные оттенки розового цвета.

Окрашивание эозином в сочетании с гематоксилином (окрашивание ядер и других базофильных структур) является наиболее часто используемым методом окрашивания в клинической лабораторной диагностике¹.

Изделие помогает медицинскому специалисту ориентироваться в образце и лучше визуализировать структуры при микроскопических исследованиях, по сравнению с наблюдением неокрашенных структур, имеющих относительно низкий контраст под световым микроскопом.

4 Основные характеристики

Не является стерильным и не требует стерилизации. Характеристики изделия указаны в таблице 2. Характеристики изделия распространяются на все варианты исполнения.

Таблица 2. Описание характеристик

№	Наименование показателя/ изделия	Показатели нормы
I	Физико-химические характеристики	
1	Внешний вид	
1.1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный	Жидкость
2	Цвет	
2.1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный	Темный красно-оранжевый
3	Осадок	
3.1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный	Отсутствует
4	Оптическая плотность раствора, D_λ, не менее	
4.1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный	0,450 (λ _{max} = 526-534 нм; 1:4000; изопропиловый спирт)
II	Аналитические функциональные характеристики	
5	Окраска образца	
5.1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный	Ядра синие или сине-фиолетовые*, цитоплазма и другие эозинофильные структуры - розовые.
6	Воспроизводимость, %, не менее	
6.1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный	95

*При применении окраски гематоксилин-эозин.

Объем раствора в различных вариантах исполнения представлены в таблице 3. Положительные отклонения объемов не нормируются.

¹ S.Kim Suvarna, Christopher Layton, John D.Bancroft. Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques. Elsevier Limited, 2019, с. 126



Осторожно!

Таблица 3. Объем раствора

№	Вариант исполнения	Объем раствора, не менее
1	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 250 мл	240 мл
2	Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 500 мл	485 мл

5 Комплектность

В комплект поставки входит:

- Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный в количестве, определяемом заказом потребителя;
- Инструкция по применению.

Копия паспорта качества серии поставляется отдельно, при необходимости, в бумажном или электронном виде.

Инструкция на бумажном носителе может быть заменена инструкцией на электронном носителе и размещена на сайте производителя (адрес сайта приведен на этикетке).

Допускается предоставлять одну инструкцию по применению, если поставляется несколько изделий одному заказчику по одному адресу.

Примечание: краткая инструкция по применению размещается на этикетке.

6 Состав

Состав и содержание активного ингредиента изделия указаны в таблице 4.

Таблица 4. Состав изделия

Наименование медицинского изделия	Состав и содержание активного ингредиента изделия
Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный	вода, изопропанол, эозин Н (4,25+/-0,20%), кислота уксусная

7 Перечень материалов и специальных материалов, которые требуются для проведения тестирования, но не содержатся в комплекте поставки изделия

7.1 Реагенты

Вода дистиллированная по ГОСТ 58144-2018 или деионизованная, ксилол: с массовой долей основного вещества не менее 99%, например, "Ортоксилон нефтяной, высший сорт по ТУ 38.101254-72", синтетическая неводная монтирующая среда, раствор гематоксилина Майера для *in vitro* диагностики, спирт изопропиловый абсолютный по ГОСТ 9805-84 или спирт этиловый технический по ГОСТ Р 55878-2013. Допускается использование реагентов с аналогичными характеристиками.

7.2 Оборудование

Световой микроскоп общего назначения со 100-кратным увеличением, таймер. Допускается использование оборудования с аналогичными характеристиками.

7.3 Вспомогательные материалы

Емкости для окрашивания и промывания, стекла покровные для микропрепаратов любого производителя. Допускается использование материалов с аналогичными характеристиками.



Осторожно!

8 Сведения для идентификации медицинских изделий с целью получения безопасной комбинации и информация об известных ограничениях по совместному использованию медицинских изделий

Изделие предназначено для использования в сочетании с другими растворами/красителями для *in vitro* диагностики.

Изделие применяется в технологии ручной и автоматизированной окраски согласно инструкции по эксплуатации, предоставленной поставщиком системы и указанным в ней требованиями к характеристикам используемых реагентов.

9 Инструкция по применению

Взятие, обработка и хранение образца должно производиться в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 марта 2016 г. N 179н "О Правилах проведения патолого-анатомических исследований" и локальными нормативными актами лаборатории. Для исследования не допускаются препараты со значительными механическими повреждениями, возникшими в процессе подготовки биологического материала. Научные и литературные данные об интерферирующих веществах, которые могут повлиять на результат исследования, отсутствуют.

Работы с изделием производят только в условиях лаборатории.

Расход изделия составляет:

- 250 мл не менее, чем на 1250 препаратов;
- 500 мл не менее, чем на 2500 препаратов.

Весь процесс окрашивания представляет собой последовательное погружение препаратов на предметных стеклах в емкости для окраски и промывания с соответствующими реагентами на определенный промежуток времени. Для контроля над соблюдением времени окрашивания и промывания рекомендуется использовать таймер.

При использовании систем автоматического окрашивания, пожалуйста, следуйте инструкциям по эксплуатации, предоставленными поставщиком системы.

Контроль качества окрашенных препаратов осуществляется визуально с использованием светового микроскопа.

Предварительная подготовка: концентрат эозина водно-спиртовой разбавить 25% раствором изопропанола в соотношении 1:5-1:12 в зависимости от желаемой продолжительности и интенсивности окраски.

Окрашивание проводят в соответствии с инструкцией:

- 1) Дегидратированный срез гидратировать до дистиллированной воды.¹
- 2) Поместить срез в гематоксилин, оставить на 5-25 мин.
- 3) Подсинивать срез под проточной водопроводной водой, в течение 1-5 мин (до желаемого оттенка).²
- 4) Поместить срез в рабочий раствор эозина (концентрат разбавить в соотношении 1:5-1:12 25% этанолом или 25% изопропанолом* в зависимости от желаемой продолжительности и интенсивности окраски), оставить на 0,5-5 мин.
- 5) Быстро дегидратировать в абсолютных спиртах (5-10 с).³
- 6) Просветлить, заключить.⁴

Результаты окраски: ядра синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.



Осторожно!

*Приготовление 25% изопропанола: смешать 30 мл воды и 70 мл изопропанола. Допускается использование 25% раствора этилового спирта.

Примечания:

¹ Депарафинизацию и гидратацию проводят по протоколам, принятым в конкретной лаборатории, или используя следующую схему:

- поместить срез последовательно в три емкости с ксилолом, оставить в каждой на 5-10 мин;
- поместить срез последовательно в три емкости с изопропиловым спиртом, оставить в каждой на 2-3 мин;
- промыть срез в дистиллированной воде путем погружения в емкость - до двух смен по 3-5 мин.

² Поместить срез в емкость с проточной водопроводной водой.

³ Поместить срез последовательно в три емкости с изопропиловым спиртом, оставить в каждой на 5-10 с.

⁴ Просветление и заключение проводят по протоколам, принятым в конкретной лаборатории, или используя следующую схему:

- поместить срез последовательно в три емкости с ксилолом, оставить в каждой на 2-5 мин.
- нанести 1-2 капли монтирующей среды на предметное стекло, равномерно распределить и покрыть покровным стеклом

Ограничения метода:

1. Изделие окрашивает только цитоплазму и другие эозинофильные структуры.
2. На препарате могут быть обнаружены только те клеточные структуры, которые находятся в конкретном биологическом материале и характерны для данного типа ткани и органа.
3. Изделие не предназначено для обнаружения, определения или дифференцирования патологии, состояния или фактора риска. Изделие помогает только визуализировать структуры при микроскопических исследованиях.

10 Условия хранения и транспортировки

Срок годности: 24 месяца.

Температура хранения: от +5 °С до +25 °С.

По истечении срока годности изделие не подлежит использованию.

Хранить изделие в плотно закрытой упаковке, в вентилируемых помещениях, в условиях, исключающих действия агрессивных сред, влаги. Беречь от источников воспламенения, нагрева, искр, открытого огня. При хранении допускается деформация упаковки, не приводящая к потере герметичности. При хранении может окрашивать упаковку.

Вскрытую упаковку использовать до окончания срока годности при соблюдении условий хранения.

Транспортировка изделия осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Температура транспортировки: от +2 °С до +30 °С, при температурах выше +25°С - до трех суток.

При транспортировке, осуществлении погрузки и выгрузки изделия должны быть приняты меры, предохраняющие упаковку от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот.



Осторожно!

При соблюдении условий хранения, эксплуатации и транспортировки, изделие остается стабильным до истечения срока годности, указанного на внешней этикетке.

Не используйте изделие с истекшим сроком годности, при нарушении целостности упаковки, при нарушении контроля вскрытия. В случае отклонения внешнего вида изделия от нормального проверьте функционирование изделия на заведомо пригодном образце биоматериала.

В случае нарушения целостности упаковки утилизируйте изделие в соответствии с разделом 14 “Утилизация”.

11 Информация для пользователей

При соблюдении требований инструкции возникновение нежелательных событий маловероятно.

Для соблюдения требований безопасности необходим инструктаж персонала и выполнение соответствующих обязательных инструкций по технике безопасности и технологических процессов.

Описание графических символов, применяемых при маркировке изделия представлено в приложении А.

Описание кодов предупредительной маркировки (Н- и Р-фразы), применяемых при маркировке изделия, представлено в приложении Б.

11.1 Обобщенная информация о безопасности

Изделие предназначено для профессионального применения.

Опасность изделия определяется концентрацией содержащихся в составе компонентов.

Изделие содержит изопропанол в концентрации около 43%, который в чистом виде относится к легковоспламеняющимся горючим жидкостям согласно ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), температура вспышки 12 °С, температура самовоспламенения 455 °С; относится к 3-му классу опасности, предельно допустимая концентрация (ПДК) паров изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м³. При работе с изделием следует соблюдать необходимые меры предосторожности, так как при контакте с глазами и кожей может вызывать раздражение. При повторяющемся, длительном или превышающем ПДК в рабочей зоне может вызывать сонливость и головокружение. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Все работы следует проводить вдали от огня.

В случае пожара использовать огнетушители порошковые АВС.

При соблюдении требований инструкции по применению и необходимых мер предосторожности изделие химически устойчиво, возникновение нарушений функционирования маловероятно и не оказывает вредного воздействия на организм человека.

При работе с изделием необходимо применять индивидуальные средства защиты (перчатки, спецодежда, средства защиты глаз и лица) в соответствии с типовыми отраслевыми правилами, утвержденными в установленном порядке, и соблюдать необходимые меры предосторожности. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности контакт с организмом человека исключен. После работы тщательно вымыть руки.

На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата согласно локальным нормативным актам.



Осторожно!

Для работы с изделием используются вспомогательные горючие и легковоспламеняющиеся вещества: ксилол, спирт изопропиловый.

Все работы должны проводиться в проветриваемых помещениях (кратность обмена воздуха – не менее 8) с использованием приточно-вытяжной вентиляции, беречь от источников воспламенения, нагрева, искр, открытого огня, согласно ГОСТ 12.1.004-91 или иного стандарта по пожарной безопасности технологических процессов, принятого в государстве. Не курить.

Для соблюдения требований безопасности необходим инструктаж персонала в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и выполнение соответствующих обязательных инструкций по технике безопасности и технологических процессов.

При применении изделия к работам допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр в соответствии с действующим законодательством.

В помещениях должно быть обеспечено наличие кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

Требования к помещениям регулируются действующими локальным законодательством и нормативными актами. Все использованные одноразовые материалы подвергать обработке дезинфицирующими средствами с последующей утилизацией в соответствии с разделом 14 “Утилизация”.

11.2 Меры предосторожности при использовании изделия по назначению

Работа с изделием должна проводиться в вытяжном шкафу при действующей вентиляции, вдали от открытого огня. Не допускается использовать изделие с истекшим сроком годности, при наличии повреждений первичной упаковки.

Во время проведения исследований с использованием изделия следует пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ): перчатками, спецодеждой, средствами защиты глаз и лица, так как образцы биоматериала от человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любого другого возбудителя инфекции.

Для совместной работы с изделием могут использоваться вещества, реагенты и оборудование имеющие иной класс опасности. Для обеспечения безопасности рабочего процесса следует руководствоваться локальными нормативными актами и эксплуатационной документацией.

11.3 Перечень рисков, идентифицированных в процессе анализа риска

В процессе анализа рисков предварительный анализ выявил риски, требующие мероприятий по снижению уровня риска до приемлемого, в связи с чем применены процедуры этапа по управлению рисками.

В ходе реализации мер по уменьшению вреда и вероятности риска для изделия, остаточный риск снижен до приемлемого.

Таким образом, возможные риски для изделия являются допустимыми: преимуществ для пациента и медицинского работника больше, чем возможных опасностей.

11.4 Меры по защите окружающей среды

На основании законодательства РФ об охране окружающей среды, рекомендуется не допускать попадания вещества и его упаковки в окружающую среду. Не допускайте попадания изделия в канализацию.

После использования изделия образцы следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любого другого возбудителя инфекции. Образцы и использованные в исследованиях изделия должны утилизироваться в соответствии с действующими локальным законодательством и нормативными актами в отношении эпидемиологически опасных отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Жидкие отходы (загрязненная вода, образующаяся после промывки оборудования) должны быть собраны в специально предназначенные емкости и своевременно вывезены в места захоронения.

11.5 Информация о вредном воздействии

Информация о вредном воздействии изделия представлена в таблице 5.

Таблица 5. Информация о воздействии

Тип воздействия	Информация
Раздражение глаз	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
Воздействие на органы дыхания	Может вызывать сонливость и головокружение при повторяющемся, длительном или превышающем ПДК в рабочей зоне

11.6 Информация об обстоятельствах, при которых пользователь должен проконсультироваться с медицинским специалистом

При случайном попадании изделия в желудочно-кишечный тракт, на слизистую оболочку глаз немедленно обратитесь к врачу.

Меры первой помощи:

при сонливости и/или головокружении - свежий воздух, покой, при необходимости обратитесь к врачу;

при раздражении кожи - промыть водой, при необходимости обратитесь к врачу;

при попадании в глаза - промыть водой и немедленно обратитесь к врачу;

при проглатывании - обратитесь к врачу.

12 Возможные проблемы при работе с изделием и способы их устранения

Интерпретация результатов окрашивания проводится квалифицированным персоналом с использованием светового микроскопа. При получении результатов, не соответствующих норме: повторно провести окрашивание согласно инструкции, провести окрашивание контрольного образца, заведомо имеющего окрашиваемые структуры. Возможные проблемы при работе с изделием и способы их устранения указаны в таблице 6.

Таблица 6. Возможные проблемы и способы их устранения.

Описание проблемы	Возможная причина и решение
Неоднородное окрашивание образца	Неполная депарафинизация. Необходимо провести повторную процедуру депарафинизации с повторным окрашиванием.
Препарат имеет бледный оттенок	Увеличить время окраски
Загрязнения красящих растворов	Рекомендуется своевременно менять красящие растворы.
Слишком темная цитоплазма и другие эозинофильные элементы	Избыточное время экспозиции, уменьшить время экспозиции. Нарушение соотношения при приготовлении рабочего раствора эозина. Добавить спирт.
Слишком светлая цитоплазма и другие эозинофильные элементы	Недостаточное время экспозиции, увеличить время экспозиции. Нарушение соотношения при приготовлении рабочего раствора эозина. Добавить концентрата.



Осторожно!

Описание проблемы	Возможная причина и решение
Образец загрязнен, имеет не свойственные включения	1. Контаминация растворов. Рекомендуется своевременно менять растворы. 2. Загрязнение предметного стекла в процессе манипуляций. Все работы проводить в перчатках, предметные стекла следует брать только за торцевые поверхности.
Визуально виден фронт красителя или/и градиент, образец окрашен не полностью	При погружном методе емкости недостаточно наполнены растворами реагентов. Следить за уровнем красящих растворов.
В емкости для окрашивания начал выделяться краситель в виде пленки или осадка	Выпарился растворитель в красителе: заменить на новый, если краситель не используется, держать закрытым.
Слипание стекол в процессе окрашивания или промывания	Используйте стандартизованные ёмкости для окрашивания, поддерживающих стекла в вертикальном положении
Примечание: Внимание! На препарате могут быть обнаружены только те клеточные структуры, вещества или микроорганизмы, которые находятся в конкретном биологическом материале и характерны для данного типа ткани и органа	

В случае изменения аналитических функциональных характеристик изделия и/или при получении повторного неудовлетворительного результата обратитесь за консультацией в: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

13 Рекомендации в отношении процедур контроля качества

Контроль качества окрашенных препаратов осуществляется визуально с использованием микроскопа. Результат окраски должен соответствовать указанному в таблице 4. Окрашивание используемым объемом изделия, должно производиться до момента заметного ухудшения качества окрашивания или загрязнения биоматериалами. При ухудшении качества окрашивания изделием или загрязнения емкости с изделием биоматериалами следует проводить полную замену изделия.

Воспроизводимость результатов в одном исследовании может быть проверена путем окрашивания нескольких срезов одной и той же ткани согласно настоящей инструкции. Необходимо соблюдать одинаковое время окрашивания и промывания для всех срезов. Образцы должны заведомо содержать структуры, для визуализации которых используют изделие. Не допускаются препараты со значительными механическими повреждениями, нарушениями морфологического строения ткани, большими пузырьками воздуха, каплями воды и другими посторонними включениями или дефектами.

Воспроизводимость окрашивания с применением изделия была оценена путем окрашивания 20 срезов одной и той же ткани. Двадцать из 20 образцов окрасились согласно норме. Была получена одинаковая интенсивность окрашивания всех образцов.

14 Утилизация

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 после использования изделия и другие материалы должны быть утилизированы как эпидемиологически опасные отходы класса Б.

Невскрытые изделия, пришедшие в негодность, в том числе с истекшим сроком годности, а также вскрытые и неиспользованные при исследованиях изделия должны быть утилизированы как токсикологически опасные отходы.



Осторожно!

Изделия следует уничтожать с соблюдением мер безопасности и дезактивации, в соответствии с принятыми локальными правилами и законами.

15 Дополнительная информация

Сведения, находящиеся в данной инструкции, основаны на данных, имеющихся на момент разработки последней редакции. Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для использования изделия по назначению.

В связи с тем, что использование изделия не происходит под непосредственным наблюдением производителя, пользователь обязан руководствоваться законами и действующими положениями по вопросам гигиены и безопасности при использовании изделия по назначению, под собственную ответственность. Производитель не несет ответственности за использование изделия не по назначению.

16 Производитель и его уполномоченный представитель

Производитель: ООО «ЭргоПродакшн» РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н Телефон: +7 (812) 305 0606, info@biovitrum.ru, www.biovitrum.ru.

По вопросам претензий обращаться: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

17 Гарантия качества

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями и инструкцией по применению в течение всего срока годности.

Изготовитель не несет ответственность в случае применения изделия без соблюдения требований инструкции по применению.

Изготовитель не несет ответственность за возможный прямой, косвенный, случайный ущерб или расходы, возникающие в связи с использованием изделия при нарушении условий хранения, транспортировки и применения, при нарушении целостности упаковки.

Срок годности изделия – 24 месяца со дня приемки отделом контроля качества (ОКК) предприятия-изготовителя согласно информации, указанной в паспорте качества на серию изделия.



Осторожно!

Приложение А. Графические символы, используемые для маркировки медицинского изделия

№ п/п	Графическое изображение символа	Наименование и описание символа
1.		Предел температуры. Указывает границы температурного диапазона, в пределах которого медицинское изделие может быть применено без ущерба его безопасности
2.		Использовать до. Указывает дату, после истечения которой изделие не должно применяться или использоваться
3.		Дата изготовления. Указывает дату, когда было изготовлено медицинское изделие
4.		Изготовитель. Указывает изготовителя медицинского изделия
5.		Код партии Указывает код партии, которым изготовитель идентифицировал партию изделия
6.		Номер по каталогу Указывает номер медицинского изделия по каталогу изготовителя, с помощью которого изделие может быть идентифицировано
7.		Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i> Указывает, что медицинское изделие является изделием для диагностики <i>in vitro</i>
8.		Обратитесь к инструкции по применению Указывает на необходимость для пользователя ознакомиться с инструкцией по применению
9.		ВЕРХ. Указывает правильное вертикальное положение груза
10.		Беречь от влаги Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия влаги
11.		Знак опасности “Восклицательный знак” Указывает на вещества или изделия, которые могут быть вредны для здоровья человека
12.		Знак опасности “Пламя” Указывает на легковоспламеняющиеся жидкости, т.е. жидкости, температура вспышки которых не более 61°C в закрытом тигле

Примечание:



Пустой ромб. Данный знак не относится к какому-либо знаку опасности, и не является символом опасности.



Осторожно!

Приложение Б. Перечень H и P-фраз, используемых для маркировки медицинского изделия

Код фразы	Расшифровка фразы
Перечень H-фраз	
H226	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
Перечень P-фраз	
P210	Беречь от источников огня. Не курить
P280	Использовать СИЗ
P304+P340	При вдыхании: Свежий воздух, покой
P305+P351+P338	При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы
P403+P233	Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке
P370+P378	При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC
P501	Утилизировать по правилам об опасных отходах



Осторожно!

Приложение В. Перечень применяемых национальных стандартов

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 31340-2013	Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ Р 51088–2013	Медицинские изделия для диагностики ин витро. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ Р 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 58144-2018	Вода дистиллированная. Технические условия
ТУ 38.101254-72	Ортоксилол нефтяной (с Изменениями 1-7)
ГОСТ 9805-84	Спирт изопропиловый. Технические условия
ГОСТ Р 55878-2013	Спирт этиловый технический гидролизный ректифицированный. Технические условия
Приказ №179н	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации "О Правилах проведения патолого-анатомических исследований" от 24 марта 2016 г.
Приказ №4н	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г.

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 15

(Анвар Усейнов) лист(ов)

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

"19" февраля 2022г.

Анвар Усейнов Д.В. Усейнов

